

## 诺霸校准实验室扭矩校准服务项目表

| 校准项目                          |                | CNAS<br>校准证书               | TAF<br>校准证书    | 诺霸实验室<br>校准证书    | 调修<br>服务 |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------|----------|
| <b>扭矩扳子</b>                   |                |                            |                |                  |          |
| 扭矩扳子（含扭矩螺<br>丝刀）              | 扭矩<br>CW & CCW | (0.1~3000)Nm               | (0.1~3000)Nm   | (0.1~3000)Nm     | √        |
|                               | 扭矩角度 CW        | (10~180) °                 | ×              | ± (0~180) °      |          |
| <b>动力扭矩扳子</b>                 |                |                            |                |                  |          |
| 气动扳手（含气动螺<br>丝刀、油压脉冲扭矩扳<br>子） | CW & CCW       | (0.1~2000)Nm               | (0.1~2000)Nm   | (0.1~2000)Nm     | √        |
|                               | CW             | (2000~50000)Nm             | (2000~50000)Nm | (2000~50000)Nm   |          |
| 电动扳手（含电动螺<br>丝刀、电动拧紧机）        | CW & CCW       | (0.1~2000)Nm               | (0.1~2000)Nm   | (0.1~2000)Nm     | √        |
|                               | CW             | (2000~50000)Nm             | (2000~50000)Nm | (2000~50000)Nm   |          |
| 液压扳手                          | CW & CCW       | (100~50000)Nm              | (100~50000)Nm  | (100~50000)Nm    | √        |
| 动力扭矩扳子                        | 扭矩角度 CW        | (10~180) °                 | ×              | ± (0~180) °      | √        |
|                               | 转速<br>CW & CCW | (3~20000) rpm              | ×              | (0.5~20000) rpm  | √        |
| <b>扭矩倍增器</b>                  |                |                            |                |                  |          |
| 扭矩倍增器                         | CW & CCW       | (200~50000)Nm<br>(3~500) 倍 | (150~47500)Nm  | (200~50000)Nm    | √        |
| <b>扭矩仪</b>                    |                |                            |                |                  |          |
| 静态扭矩测量仪                       | CW & CCW       | (0.04~7000)Nm              | (0.04~7000)Nm  | (0.04~7000)Nm    | √        |
| 标准扭矩仪                         | CW & CCW       | (0.04~7000)Nm              | (0.04~7000)Nm  | (0.04~7000)Nm    | √        |
| 扭矩扳子检定义                       | CW & CCW       | (0.04~7000)Nm              | (0.04~7000)Nm  | (0.04~7000)Nm    | √        |
| <b>扭矩显示器</b>                  |                |                            |                |                  |          |
| 扭矩显示器                         | CW & CCW       | 0.5 mV ~10.0V              | 0.5 mV ~10.0V  | -11.000 mV~10.0V | √        |

注：调修服务受技术资料 and 零配件制约，仅限于诺霸产品。



**诺霸精密机械（上海）有限公司 校准实验室**

Add: 上海市徐汇区钦州北路 1122 号 91 幢 7 层 (200233)

Tel: 021-61450368 Fax: 021-61450369

E-mail: nbcl@norbar.com.cn

www.norbar.com.cn